


Sehfähigkeitsbescheinigung Vision Test Certificate

DIN EN ISO 9712: 2022-09; ASNT: SNT-TC-1A (2006-2020)

Angaben zur Person / Personal Data:		
Name, Vorname Name, first name	Greßler, Michael	
Tag der Geburt Date of birth	22.03.1989	
Geburtsort Place of birth	Mayen	
Personal Nr.: Employee ID no.:	MG-NDE 5	
Sehtest / Vision Examination <small>Sehschärfe im Nahbereich / Near Vision Acuity:</small>		
Jaeger Test / Jaeger Test <small>Abstand min. 300mm Distance min. 300mm</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	J1 bestanden / J1 passed
	<input type="checkbox"/>	J2 bestanden / J 2 passed
Farbkontrastunterscheidung / Color contrast differentiation:		
<small>Dr. Kölbl Graustufentafel Dr. Kölbl's Shades of Gray Table MG-ZFP Farbstufentafel Blau und Gelb, Rot und Weiß MG-ZFP Shades of blue and yellow, red and white</small>	Richtig / Correct readings	Gray Blue Yellow Red White <small>24/25 25/25 24/25 25/25 25/25</small>
Ergebnis / Result	Alle Farben richtig <input checked="" type="checkbox"/> Passed all colors	Einschränkung <input type="checkbox"/> Limitations
Sehfähigkeit (Fern) (Abstand > 4,0 m) / Vision (distance) (Distance > 4,0 m)		
<small>muss geprüft werden (VT-Prüfer, siehe DIN EN 13018, 7c, Prüfung jährlich)</small>		
Ergebnis / Result	Prüfung mit Landolt-Ringen <input checked="" type="checkbox"/> Testing with Landolt rings	Ja, Wert ≥ 0,63 erfüllt <input checked="" type="checkbox"/> Yes, Value ≥ 0,63 fulfilled
Einschränkungen / Limitations Details:		
keine		
Der Sehtest wurde durchgeführt / The vision exam was performed		
<input checked="" type="checkbox"/>	mit Sehhilfe (Kontaktlinsen, Brille) / using optical aids (contact lenses or glasses)	
<input type="checkbox"/>	ohne Sehhilfe / without optical aids	
Der Sehtest / The vision exam:		
<input checked="" type="checkbox"/>	ist bestanden / was passed	
<input type="checkbox"/>	ist nicht bestanden / was failed	
<input type="checkbox"/>	wir empfehlen, einen Augenarzt aufzusuchen we recommend to consult an ophthalmologist	
Ort / place St. Johann Datum der Prüfung / Date of the test 08.02.2025 Ablaufdatum / Expiry date 07.02.2026	<u>Prüferin / examiner</u> Manuela Sombrey <input checked="" type="checkbox"/> Bianca Greßler <input type="checkbox"/>	Unterschrift / signature  MG-ZFP GmbH An der Räst 3 - 56727 St. Johann info@mg-zfp.de / www.mg-zfp.de Tel.: 02651 - 3282 / Fax: 02651 - 76220